



**KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ**  
**DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ**  
**ÖLÇÜLERİN DEZENFEKSİYONU TALİMATI**



**Kodu: SPL.TL.03**    **Yayın Tarihi: 01.11.2018**    **Revizyon Tarihi:**    **Revizyon No:**    **Sayfa No/Sayfa sayısı:1/1**

- 1. AMAÇ:** Diş protez laboratuvarında çalışan sağlık personelinin ve hastaların laboratuvar kaynaklı enfeksiyonlardan korunması için; hekimlerin, diş protez teknisyenlerinin ve diş klinik destek personelinin uyması gereken kuralları belirlemektir.
- 2. KAPSAM:** Protetik diş tedavisi personeli ve laboratuvar çalışanlarını kapsar.
- 3. SORUMLULAR:** Protetik diş tedavisi akademik personeli, diş protez teknisyenleri ve diş protez laboratuvarı sorumlusu
- 4. FAALİYET AKIŞI:**
  - Hastadan alınan ölçü klinikte çalışan yardımcı personel tarafından önce suyun altına tutularak yıkanarak, tükürük ve varsa kandan arındırılmalıdır.
  - Su ile görünür bulaşlardan arındırılan ölçüler üzerine dezenfektan sıkılır, 2 dakika bekletilir.
  - Ölçülerin dezenfeksiyon işlemleri sırasında, yüzey kalitesi ve boyutsal stabilitenin korunması amacı ile ölçü maddelerine kısa süreli sprey uygulanması tercih edilmelidir.
  - Ölçü, üzerinde dezenfektan kalmaması için tekrar suya tutularak yıkanır.
  - Ölçüde kalan su var ise dikkatlice sallanarak kurutulur, gerekirse yumuşak bir peçete ile silinir.
  - Hasta barkodu yapıştırılmış veya hasta ismi yazılı bir şekilde kilitli poşete konur ve sorumlu personel tarafından protez laboratuvarına teslim edilir.
  - Ölçü kabul red kriterlerine göre değerlendirilen ölçüye; eğer kabul edilirse alçı dökülür. Eğer reddedilirse HBYS üzerinden Protez Ölçü Red işlenerek ilgili hekim haberdar edilir.
  - Randevusu üzerine gelen hastaya laboratuvardan dezenfekte edilmiş olarak gelen işler prova edilir.
  - Prova sırasında ve sonrasında ara aşamadaki protezler dezenfekte edilmeden alçı modeller üzerine yerleştirilmemelidir.
  - Protezler bitim aşamasında da dezenfekte edilerek polikliniklere ulaştırılır.

**Hazırlayan:**  
**Protez Laboratuvarı Sorumlusu**

**Kontrol eden:**  
**Kalite Direktörü**

**Onaylayan:**  
**Dekan**