



**KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
STERİLİZASYON ÜNİTESİ
TEMİZLİK TALİMATI**



Kodu: DOH.TL.02.06 **Yayın Tarihi: 02.01.2019** **Revizyon Tarihi:** **Revizyon No:** **Sayfa No/Sayfa sayısı:1/1**

- 1. AMAÇ:** Sterilizasyon ünitesinin temizlik hizmetlerinin uygun ve zamanında yapılabilmesi ve enfeksiyonların önlenmesidir.
- 2. KAPSAM:** Merkezimiz sterilizasyon ünitesini kapsar.
- 3. SORUMLULAR:** Temizlik işlemleri temizlik personeli tarafından yapılır. Denetiminden Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Sorumludur.
- 4. FAALİYET AKIŞI:**
 - Temizlikten sorumlu personel temizlik hizmetleri esnasında koruyucu ekipmanlarını kullanmak zorundadır.
 - Sterilizasyon ünitesinde kullanılan temizlik ekipmanları başka birimlerde kullanılamaz.
 - Temizlik hizmetleri idarenin belirlediği saatlerde günde 2 kez yerine getirilir ve ilgili forma kayıt edilir. Kontrolü sorumlular tarafından yapılır.
 - Öncelikle sterilizasyon ünitesinin zemini mop yardımıyla temizden kirliye, yukarıdan aşağıya ve içeriden dışarıya doğru olacak şekilde planlanır ve uygulanır. Kaba artıklar faraş yardımıyla kaldırılır.
 - Lavabo ve tezgahlar, kontamine olma olasılığı bulunan duvar ve yüzeyler hızlı yüzey dezenfektanı sıkılarak 2 dak. beklendikten sonra 1/10 luk sodyum hipoklorit solüsyonu (1 litreye 1 çay bardağı çamaşır suyu) ile silinir.
 - Daha sonra yer temizliği de paspas yardımıyla yine sodyum hipoklorit solüsyonundan mavi kovaya 1 lt ye 10 ml. (10 litre suya 1 çay bardağı çamaşır suyu) Kırmızı kovaya 5 ml. (10 litre suya yarım çay bardağı çamaşır suyu) olacak şekilde hazırlanmış solüsyonlarla yapılır. Paspas öncelikle kırmızı kovada ıslatılıp sıkılır, sonra mavi kovada bulunan solüsyonda aynı işlem tekrarlanır ve yüzey silinir. Paspas kirlendikçe aynı sıra ile tekrarlanır. Temizlik tamamlandıktan sonra paspaslar iyice yıkanarak kurumaya bırakılır.
 - Haftalık temizlikte günlük kullanım dışı kalan alanlar düzenlenerek toparlanır ve %1 lik dezenfektan solüsyonlarla (10 litre suya 1 çay bardağı çamaşır suyu) silinip geri yerleştirilir.

Hazırlayan:
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Kontrol eden:
Kalite Direktörü

Onaylayan:
Dekan